



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DE ASSIS.

A Pregoeira Oficial da FEMA faz saber o seguinte: Aos vinte e cinco dias, do mês de março do corrente ano, recebeu, via e-mail, pedido de esclarecimento, enviado pela empresa **CIRURGICA NEVES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.182.003/0001-44, com sede em MARILÍIA/SP, na Rua Vinte e quatro de dezembro, 1.360, Bairro Alto Cafezal, pretensa participante do processo licitatório em epígrafe.

A referida empresa solicita esclarecimentos do termo de referência, no descritivo dos itens 55 e 56:

***Boa tarde Sr. Pregoeiro (a),***

***No edital 15/2019 os itens 55 e 56, gostaríamos de saber se cotamos:***

***Circuito com sensor de fluxo e linha?***

***Circuito com sensor de fluxo e linha + Câmara/jarra para umidificador 6060?***

### **RESPOSTA:**

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela empresa supracitada referente às especificações do item 55 e 56 do Termo de Referência, a Pregoeira Oficial, após consultar o coordenador da UPA senhor José



Fundação Educacional do Município de Assis  
Campus "José Santilli Sobrinho"

Aparecido Alves de Oliveira, responsável pelas especificações dos materiais a serem adquiridos, ESCLARECE:

Sobre o descritivo dos itens 55 e 56 deverá ser considerado **Circuito com sensor de fluxo e linha + Câmara/jarra para umidificador 6060.**

Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior consideração, subscrevo-me, cordialmente.

Assis, 26 de março de 2019.

  
Maria Salete-Porto Steiger Elias.  
Pregoeira Oficial